



+24VDC	Versorgung 18-27VDC
0V	0V
Rufleitung	Rufleitung 0,7-2V = Ruhelage 10 V = Bett-1 Ruf 15 V = Bett-2 Ruf größer 18V = Zimmerruf
BL-Anzeige	LED Anzeige am Taster 0V = LED an

Steckbrücken (Jumper)

	gesteckt	nicht gesteckt
24V	Zimmerruf	Bettenruf
15V	Bett-2 Ruf	Bett-1 Ruf
FL	Findelicht an	Findelicht aus
LW	Leitungsabschlußwiderstand aktiv nicht aktiv	